

企业计量器具

。訂从以施、卷页中相应的自控制及均满足企业内外部量值传递和溯源要求。填写内容及相关资料直交右站

序号	计量标准名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	所属的检定或校准项目名称	建立时间
1	配热电偶用温度仪表检定装置	(0~1600)℃	0.05级	数字温度指示调节仪(配热电偶)电子自动电位差计(配热电偶)	2020年03月03日
2	测微最量块检定装置	(0~300)mm	4等、5等	千分尺、深度千分尺、公法线千分尺	2020年03月03日

